

SUBANEXO X												
PESQUISA DE PREÇOS COM MAPA COMPARATIVO												
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº116/2026												
FONTES UTILIZADAS												
ANEXO LOTE ITEM	DESCRIPTIVO	SIMILARES	LICITANET	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	SS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIFE LINE MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	SK ODONTOLOGIA E SERVIÇOS LTDS	MÉDIA ARITMÉTICA ²
I / 1 / 1	Conjunto Cadeira Odontológica CompletaDeverá ser composto por:Cadeira Odontológica Base em aço maciço com espessura reforçada e tratamento anticorrosivo por processo industrial; Capacidade mínima de carga de 180 kg; Sistema eletromecânico de baixa tensão (24V); Movimentos sincronizados de encosto e assento; Sistema anti-esmagamento eletrônico; Mínimo de 4 posições programáveis de trabalho volta zero; Posição de emergência (Trendelenburg); Encosto de cabeça biarticulado com regulagem longitudinal; Estofamento anatômico de alta densidade, sem costuras; Pedal joystick multifuncional integrado.Equipo Equipo tipo acoplado; Mesa auxiliar com braço articulado pneumático e movimentos horizontais e verticais balanceados; Sistema pneumático de travamento do braço; Estrutura metálica com acabamento em ABS de alto impacto; Bandeja ampla em aço inox removível para esterilização; Suporte mínimo para 5 terminais; 01 seringa triplice; 02 terminais Borden para alta rotação; 01 terminal para micromotor; Pannel eletrônico integrado ao equipo; Acionamento individual dos instrumentos.Unidade de Água Unidade auxiliar rebatível com giro mínimo de 90°; Cuba profunda removível em cerâmica esmaltada; Sistema removível para higienização; Reservatórios independentes para água limpa e desinfecção; Sistema de desinfecção das linhas de água; Suctores/sugadores de alta potência acionados automaticamente, um comum outro para bomba a vácuo.Refletor LED Refletor LED multifocal; Intensidade variável entre 8.000 e 50.000 Lux; Sensor de aproximação sem contato; Puxadores removíveis e autoclaváveis; Giro horizontal mínimo de 620°; Temperatura de cor adequada para reprodução fiel das estruturas dentárias.Controle Operacional Pedal multifuncional progressivo; Retorno automático à posição zero; Posições programáveis.Mocho Base metálica cromada ou inox; Sistema de elevação a gás; Encosto anatômico regulável; Assento tipo sela anatômica; Revestimento sem costuras; Espuma injetada de alta densidade.Requisitos Gerais 220V – 60Hz; Certificação INMETRO; Registro vigente na ANVISA; Garantia mínima de 24 meses a partir da entrega e vistoria realizada pelo responsável técnico pelo setor de saúde bucal. Disponibilidade de peças de reposição por no mínimo 10 anos; Manual técnico em português.	////	////	33.999,89	<u>25.000,00</u>	////	////	39.000,00	46.200,00	<u>53.225,00</u>	29.450,00	37.162,47

	SIM	NÃO
Todos os valores foram considerados para o cômputo do preço final?		X
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis? ³	X	

Data:

ASSINADO NO DOCUMENTO ORIGINAL
KELWLLER JENNIFFER FERRAZ RAMOS
Identificação do Servidor responsável pela pesquisa

¹ Se Houver. Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote.
² Incluir o nome do método matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética, mediana, etc.
³ Caso a resposta seja "Sim", indicar em negrito ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal.

Importante:
Deve ser encaminhado no formato "PDF" toda a Pesquisa de Preço que instruiu o processo na peça denominada "PESQUISA DE PREÇO COM MAPA COMPARATIVO".
Nos casos de contratações públicas (Lei nº 13.303/2016) sob sigilo, basta a indicação do servidor responsável pela pesquisa.

É vedado a inserção de imagem, figuras ou PDF dentro da planilha.

